

병원명			
복막투석실 업무시간			
연락처	복막투석실 업무시간내		
	복막투석실 업무시간외		
문제상황		기본 대처방법	
호흡곤란, 혈압상승, 고혈당/저혈당등의 임상증상 발현시		즉시 병원방문	
도관 또는 T-set이 손상되었을 경우		손상된 부위 끝부분을 거즈로 감싼 후 켈리로 잠그고 병원방문	
연결과정에서 T-set 이 오염됨	확인 후 바로 중단한 경우	즉시 투석을 중단하고 새로운 미니캡으로 교체한 뒤 병원 방문하여 T-set 교체	
	투석을 진행하여 배액만 시행한 경우(주입은 안됨)	①즉시 투석을 중단하고 병원방문하여 T-set 교체(필요시 예방적 항생제 투여) 또는 ②즉시 배액 후 투석을 중단하고 병원방문하여 T-set 교체(필요시 예방적 항생제 투여)	
	투석을 진행하여 투석액을 주입한 경우	①즉시 투석을 중단하고 병원방문하여 T-set 교체(필요시 예방적 항생제 투여) 또는 ②즉시 배액 후 투석을 중단하고 병원방문하여 T-set 교체(필요시 예방적 항생제 투여)	
무균적으로 투석액을 연결하여 투석 진행	오염된 투석액이 주입된 경우(투석액 누수 등)	①즉시 투석을 중단하고 병원방문(필요시 예방적 항생제 투여) 또는 ②즉시 배액 후 투석을 중단하고 병원방문(필요시 예방적 항생제 투여)	
	배액 중 투석액백의 누수가 발견된 경우(주입은 안됨)	즉시 투석을 중단하고 새로운 투석액을 연결하여 다시 투석시행 (배액→세척→주입)	
	배액백 누수가 발견 되었을 경우	CAPD	즉시 투석을 중단하고 새로운 투석액을 연결하여 다시 투석시행 (배액→세척→주입)
		APD	기계 정지하고 배액백 교체 후 투석을 이어서 진행 *단 배액백은 기계와 같거나 낮은 곳에 위치해야함.

출구에서 투석액 누출이 의심되는 경우			①저류한 상태로 투석을 중단하고 병원방문 또는 ②배액한 상태로 투석을 중단하고 병원방문
혼탁한 배액	투석진행중에 발견	CAPD	투석을 종료한 뒤, 혼탁한 배액백을 가지고 즉시 병원 방문 *복통이 심한 경우 세척 시행 후 병원 방문 가능 (복통이 심하지 않아도 응급실 방문가능)
		APD (CCPD/NIPD)	투석액을 주입한 상태로 투석을 중단하고 즉시 병원 방문(주입완료시간 확인필요. 기계용 배액백으로 검사진행불가 안내) *복통이 심한 경우 세척 시행 후 병원방문가능
	투석종료후에 발견	APD (CCPD)	즉시 병원 방문(주입완료시간 확인필요) *복통이 심한 경우 손투석으로 세척 시행 후 병원방문가능
		APD (NIPD)	즉시 손투석액으로 투석액 주입 후 병원 방문(주입완료시간 확인필요) *복통이 심한 경우 손투석으로 세척 시행 후 병원방문가능
붉은 배액	발열, 복통, 혈압저하, 식은땀 등의 임상증상 동반		즉시 병원방문
	동반증상 없음	CAPD	데우지 않은 투석액으로 2~3회 교환 후 배액양상 확인. 병원에 연락가능한 시간에 추가대처방법 문의
		APD	예정된 기계투석 진행. 병원에 연락가능한 시간에 추가대처방법 문의
배액에서 섬유소가 발견된 경우	배액부전이 없는 경우		정상적인 상황이며, 지속되거나 배액장애 동반되면 병원에 문의
	배액부전이 동반된 경우		배액부전상황에 맞추어 교육
출구염이 의심되는 경우			소독 횟수를 1일 2회로 늘리고, 병원 연락가능한 시간에 문의
배액부전	호흡곤란, 혈압상승등의 임상증상 동반		즉시 병원방문

배액부전	동반증상 없음	CAPD	①자세변경하면서 추가 배액 시도 ②투석을 중단하고 배뇨/배변후에 다시 투석액 연결하여 배액 시도	추가배액 시도해도 배액량이 평소배액량보다 부족한 경우에는 과다주입 위험성 예방을 위해 배액된 만큼만 주입. 문제 지속시에는 병원에 연락가능한 시간에 추가대처방법 문의
		APD	①자세변경하면서 추가 배액 시도 ②배뇨/배변후에 추가 배액 시도	①추가배액 시도해도 배액량이 부족한 경우에는 과다주입 위험성 예방을 위해 배액된 만큼만 주입. 문제 지속시에는 병원에 연락가능한 시간에 추가대처방법 문의 ②기계투석을 중단하고 손투석으로 배액양상확인하여 문제해결되면 당일 손투석 시행 ③기계투석을 중단하고 손투석으로 배액양상확인하여 문제지속되면 배액된 만큼만 주입. 문제 지속시에는 병원에 연락가능한 시간에 추가대처방법 문의
처방된 투석을 완료하지 못하는 경우	CAPD	당일 투석을 시행할 수 있는 만큼 시행하고 재발방지 교육시행		
	APD	①손투석을 시행하여 부족한 투석 보충 또는 ②기계 프로그램을 변경하여 부족한 투석 보충		